awel microbiologie

ez accu shot
GROWTH PROMOTION TESTING
E. aerogenes
ATCC® 13048™
LOT 306-00-0
REF 0306A
EXP: 2014-01
Received By
Quantity
Date
If processed as directed, this lot is guaranteed to yield a final concentration of 10-100 CFU per 0.1 ml.
59 CFU per 0.1 ml
Specific methods and materials are employed in the enumeration assay. End-user results may differ from the assay value listed on this label due to the use of different materials and methods.
A Certificate of Analysis for this lot can be obtained from our website at www.microbiologics.com.
Certificate of Assay
ATCC Licensed Derivative
Microbiologics
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 USA
Microbiologics
HF0532-86
EZ-Accu Shot
HYDRATING
FOR INDUSTRIAL USE ONLY - STORE

EZ-ACCU SHOT

CONTROLE DE CROISSANCE

- Quantitatif
- Dissolution immédiate des pastilles
- Pas de pré-incubation
- Stockage réfrigéré
- Stabilité 8 heures
- Pas de dilution nécessaire
- Certificat qualité détachable
- Certificat d'analyse en ligne
- Traçabilité
- Garantie produit

DÉTAIL DU PRODUIT EZ-ACCU SHOT

EZ-ACCU SHOT est une préparation de microorganismes quantitative destinée aux tests de croissances sur milieu de culture. Chaque préparation de microorganisme lyophilisé EZ-ACCU SHOT contient une concentration de moins de 100 UFC/0,1mL de suspension réhydratée, comme recommandé par les pharmacopées américaine, japonaise et européenne. Avec un temps de préparation très court et un temps de conservation très long, EZ-ACCU SHOT allie efficacité et flexibilité pour les laboratoires aux emplois du temps chargés. Chaque flacon de 1,2mL de suspension réhydraté permet 12 inoculations. Pour plus de facilité, un certificat détachable est inclus pour la documentation de contrôle qualité.

EZ-ACCU SHOT : mode d'emploi

Le kit EZ-ACCU SHOT contient :

- 5 flacons d'une souche pure calibrée de microorganisme (1 pastille par flacon)
- 5 flacons de fluide de réhydratation (1,2mL dans chaque flacon)
- Certificat d'essai

1



Retirer un flacon de fluide de réhydratation et le sachet contenant la pastille lyophilisée du réfrigérateur et les laisser s'équilibrer à température ambiante

2



Laisser les flacons fermés à température ambiante

3

Retirer les capuchons des flacons et introduire la pastille dans le fluide de réhydratation. Une seule pastille doit être utisilée pour obtenir une concentration inférieure à 100 UFC/0,1mL. Refermer immédiatement le flacon du fluide de réhydratation contenant la pastille

4



Vortexer le flacon jusqu'à obtention d'une suspension homogène

5

A l'aide d'une pipette stéril transférer 0,1 ml de la suspension hydratée sur la matrice à tester (0,1mL contient <100 UFC). Remarque: la suspension restante peut être réfrigérée et utilisée pendant 8 heures

6



Utiliser la procédure de test en vigueur dans votre laboratoire. Réfrigérer la suspension entre 2°C et 8°C pour toute utilisation ultérieure. Eliminer tout reste de suspension non utilisée selon le protocole d'élimination des déchets biologiques en vigueur

contact@awelinnovations.com – www.awelinnovations.com